

**ODPOWIEDŹ**  
**na zapytania w sprawie SIWZ**

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 2011-10-28 do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie zapisu specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) w trybie **przetarg nieograniczony**, na: **Wyposażenie Centrum w meble**, Treść wspomnianej prośby jest następująca :

**Dotyczy treści SIWZ**

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia do 30 grudnia 2011 roku? Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym. Ponadto wydłużenie terminu dostawy pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów co znacznie zwiększy konkurencyjność składanych.
2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu umowy w §5 dotyczącego okresu gwarancji na dostarczone wyroby, na następującą: „Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji jakości na dostarczone meble liczonej od daty zrealizowania”. Wskazany termin jest powszechnie stosowanym przez producentów i określony wymogami prawnymi, stąd przekonanie Wykonawcy, że nie powinien być przedłużany.
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka których stelaż wykonany jest z profili stalowych malowanych proszkowo o konstrukcji pozwalającej na zapewnienie nośności łóżka na poziomie 200kg? Proponowane rozwiązanie jest korzystniejsze od wymaganego i zapewnia długi okres użytkowania łóżka oraz jego odporność na możliwe uszkodzenia.
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka, których szczyty oraz barierki boczne składane na ramę leża wykonane są litego drewna bukowego o grubości zapewniającej ich pełną funkcjonalność? Przyjęte rozwiązanie jest tożsame z oczekiwanym i idealnie sprawdza się w praktyce użytkowej.
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżka o wymiarach całkowitych 90x216cm oraz o wymiarach materaca 78x205? Podane wielkości minimalnie różnią się od wymaganych, są jednak dostosowane do wzrostu pacjentów i zapewniają im maksymalny komfort pobytu.
6. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania łóżka których leże będzie jednoczęściowe bądź podzielone na 2 lub 3 segmenty? Pozwoli to na zaoferowanie wyrobu spełniającego wymagania Zamawiającego.
7. Czy Zamawiający oczekuje do zaoferowania łóżko rehabilitacyjne osadzone na podstawie jezdnej z kołami? Wskazane rozwiązanie ułatwia przemieszczanie łóżka oraz transport pacjentów, co z praktycznego punktu widzenia jest bardzo korzystne.
8. Pkt.1 Czy Zamawiający dopuści wysokość szafy 182 cm , głębokość 54cm z drzwiami 56 cm? Standardowo jest to wymiar szafy z drewna sosnowego, dlatego zwracam się z prośbą o dopuszczenie takich wymiarów.
9. Czy Zamawiający dopuści – wewnątrz jeden drążek i jedna półka? Stosując 2 półki obniża się powierzchnia dla ubrań zawieszonych na wieszakach i zarazem dół pod drążkiem nie będzie mógł służyć jak półka na ubrania. Szafa będzie mniej funkcjonalna.
10. Pkt.2 Czy Zamawiający dopuści wymiar szafy odzieżowej dwudrzwiowej o szerokości 82 cm wysokości 182 cm głębokości 56 cm?
11. Pkt.3 Czy Zamawiający dopuści szafki przyłóżkowe o szerokości 42 cm , głębokości 40 cm. Zastosowanie takich wymiarów spowoduje że szuflady będą głębsze i pojemniejsze.
12. Czy Zamawiający dopuści boki łóżka z drewna litego o grubości 24 mm. Zastosowanie grubości 35 mm spowoduje że łóżko będzie ciężkie i masywne .Standardowo w łóżkach stosuje się zaproponowany przez nas wymiar.
13. Proszę także o wyjaśnienie czy czoło łóżka ma być wykonane z jednej deski w całości czy też mogą to być 2 deski z przerwą.

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

Ad. 1. Nie, z powodu rozliczeń finansowych, którym musi sprostać Zamawiający.

Ad. 2. Nie.

Ad. 3. Tak, jeżeli wymiary proponowanych łóżek będą zgodne z wymiarami wymaganymi w SIWZ.

Ad. 4. Tak, jeśli wymiary proponowanych łóżek będą zgodne z wymiarami wymaganymi w SIWZ oraz jeśli łóżka spełnią wymogi gwarancyjne.

Ad. 5., Ad. 6., Ad. 7. Ad. 8., Ad. 9., Ad. 11. Ad. 12., - Nie.

Ad. 10. – Tak.

Ad. 13. – Zamawiający nie dopuszcza 2 desek z przerwą, czoło łóżka ma być jednolite.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ. Zamawiający ponadto informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego do dnia 04.11.2011 r. do godziny 09:00.

Zamawiający: